

DECISION D'APPROBATION DE MODELE  
N° 93.00.625.003.1 DU 2 MARS 1993

## Bascule à équilibre automatique TESTUT modèle PSP 3000 (CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 91-330 DU 27 MARS 1991 (ART. 10) REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE.

**FABRICANT**

Société TESTUT, 855, rue de l'Horlogerie, 62401 Béthune.

**OBJET**

La présente décision complète la décision n° 92.00.625.054.1 du 24 décembre 1992 (1).

**CARACTERISTIQUES**

Les balances TESTUT modèle PSP 3000 faisant l'objet de la présente décision diffèrent du modèle approuvé par les décisions précitées par l'utilisation du dispositif indicateur du dispositif mesureur de charge TESTUT modèle TX 60 Plus, approuvé par décision n° 93.00.642.006.1 du 2 mars 1993 (2).

Les principales caractéristiques des balances pese-palettes modèle PSP 3000 TESTUT sont données dans le tableau suivant :

Modèle	Portée maximale (kg)	Portée minimale (kg)	Echelon (g)	Type de capteur
PSP 3000	600	10	200	S30 D 300
PSP 3000	1 500	25	500	S30D/X600
PSP 3000	2 000	50	1 000	S30D600
PSP 3000	3 000	50	1 000	S30D/X1200

Les autres caractéristiques restent identiques à celles figurant dans la décision précitée.

**INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

La plaque d'identification des balances concernées par la présente décision doit porter au moins les indications suivantes :

- la marque de la société TESTUT : T 62 ;

- la référence du modèle et le numéro de série de l'instrument ;
- la référence de la présente décision d'approbation : décision n° 93.00.625.003.1 du 2 mars 1993 ;
- les caractéristiques métrologiques et la classe de précision.

**INDICATIONS PARTICULIERES**

Lorsque le dispositif mesureur de charge utilisé n'est pas muni du dispositif de scellement prévu

(1) *Revue de Métrologie*, janvier 1993, page 151.  
(2) *Revue de Métrologie*, mars 1993, page 511.





par sa décision d'approbation ou lorsque les connexions entre le capteur et le dispositif indicateur ne sont pas toutes scellées, la mention "INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION" doit être apposée sur le dispositif indicateur.

#### **DEPOT DE MODELE**

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Nord-Pas-de-Calais et chez le fabricant.

#### **VALIDITE**

La présente décision est valable jusqu'au 31 décembre 2002.

---

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE

ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE.

L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

---

