



**Décision n° 99.00.620.021.0 du 23 avril 1999**  
**Révision n° 1 du CERTIFICAT D'APPROBATION C.E. DE TYPE**  
**N°97.00.620.014.0 du 7 août 1997**

-----  
**Instrument de pesage à fonctionnement non automatique**  
**modèle B200P**  
-----

**Délivré par** : Sous-Direction de la Métrologie (organisme notifié n° 0171), 22 rue Monge 75005 PARIS (FRANCE)

**En application** : du décret n° 91-330 du 27 mars 1991, modifié par le décret n° 93-973 du 27 juillet 1993, et le décret n° 96-442 du 22 mai 1996, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et de l'arrêté du 22 juin 1992 modifié par l'arrêté du 25 juin 1996, relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, transposant dans le droit français la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993.

**Délivré à** : Société NS METTLER TOLEDO I, 18 avenue de la Pépinière à 78220 - VIROFLAY (FRANCE).

**Concernant** : une balance électronique à équilibre automatique, à fonctionnement non automatique, à indication du poids seul, ou du poids et d'un tarif postal, à une seule ou à deux étendues de mesure, destinée ou non à la vente directe au public, ou à un usage postal.

**Caractéristiques** : classe de précision **III**

Max	e	T	Min postal	Min autres applications
Max ≤ 3kg	≥ 1 g	≥ -3 000 g	5 e	20 e
3kg ≤ Max ≤ 6kg	≥ 2 g	≥ -6 000 g	5 e	20 e
6kg ≤ Max ≤ 10kg	≥ 2 g	≥ -9 998 g	5 e	20 e
10kg ≤ Max ≤ 15kg	≥ 5 g	≥ -9 995 g	5 e	20 e
W1 Max <sub>1</sub> ≤ 3kg	e <sub>1</sub> = 1 g	≥ -9 998 g	5 e <sub>1</sub>	20 e <sub>1</sub>
W2 Max <sub>2</sub> ≤ 10kg	e <sub>2</sub> = 2 g		5 e <sub>2</sub>	20 e <sub>2</sub>

**Valable jusqu'au** : **6 août 2007**

Les principales caractéristiques et conditions spéciales ne sont pas modifiées et figurent dans l'annexe jointe au certificat d'approbation C.E. de type où le nom "TESTUT" est remplacé par le nom "NS METTLER TOLEDO I". Tous les plans, schémas et notices sont déposés à la Sous-Direction de la Métrologie sous la référence de dossier DA 18-315

**Remarque** : la présente décision étend au demandeur ci-dessus désigné le bénéfice du certificat d'approbation C.E. de type.

Le Sous-Directeur de la Métrologie,

J.F. MAGANA